



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.046.A № 48151/1

Срок действия до 13 сентября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Комплексы измерительно-вычислительные управляющие
КУРС-НГ ИЦФР.421451.020**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
объединение САРОВ-ВОЛГОГАЗ" (ООО "НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ"), г. Саров,
Нижегородская обл.**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **33327-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ИЦФР.421451.020РЭ1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **05 сентября 2014 г.** № **1324**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



..... 2014 г.

Серия СИ

№ **016792**

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы измерительно-вычислительные управляющие КУРС-НГ ИЦФР.421451.020

Назначение средства измерений

Комплексы измерительно-вычислительные управляющие КУРС-НГ ИЦФР.421451.020 (далее по тексту – комплексы) предназначены для:

- автоматического измерения аналоговых сигналов от датчиков с унифицированными выходными сигналами постоянного тока;
- воспроизведения аналоговых сигналов постоянного тока;
- накопления, обработки, хранения результатов измерения и их отображения на экране локального пульта контроля и управления (ЛПКУ).

Область применения комплексов – в составе систем автоматизированного управления технологическим оборудованием станций распределения энергоносителей (газа, нефти, пара и др.).

Описание средства измерений

Принцип действия комплекса основан на преобразовании входных унифицированных аналоговых сигналов постоянного тока от датчиков в цифровой код, а также формировании по заданному алгоритму цифровых кодов, преобразовании их в унифицированные аналоговые сигналы для управления исполнительными механизмами объектов управления.

Конструктивно комплекс представляет собой металлический шкаф с размещенным в нем оборудованием. В состав комплекса входят: программируемый логический контроллер (ПЛК), контроллер ввода-вывода (КВВ), пульт автономного управления кранами (ПАУК), клеммные модули, устройства обеспечения работы комплекса (модули питания, локальный пульт контроля и управления). Внешний вид комплекса в соответствии с рисунком 1.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) позволяет устанавливать режим работы комплекса (автоматический или по команде оператора), измерять и воспроизводить аналоговые сигналы, проводить накопление, обработку и хранение полученной информации и отображать ее на экране ЛПКУ.

Класс защиты ПО относится к категории «С» по МИ 3286-2010.

Идентификационные данные ПО:

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии	Цифровой идентификатор программного обеспечения	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Библиотека цифровых фильтров контроллера ввода-вывода	filter_9600.zip	1.3.1	4c2e38233b9d661d38271f6c9a305269	md5
Программа информационно-управляющего обмена с контроллером ввода-вывода	soi_wago	6.8	5c332bb0d6b4b0bf9ff6127e48b0ef87	md5
Программа математической обработки данных	soi_MathProc	1.0	33a0b4725091b0d0f53d39ad5dd8caf9	md5
Программа тестирования каналов	svi_TestWago	3.05	8e7862f6a80cb376bef43c8107778130	md5
Программа калибровки каналов	svi_CalibrateWagoChan	1.1	86363d5ab9c7978ec77d335e5ff36ac0	md5
Программа поверки каналов	svi_Verify	1.3	32bd907e4e114e12e08712aaf6e11409	md5



Рисунок 1– Внешний вид комплекса

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерения аналоговых сигналов постоянного тока	от 4 до 20 мА
Пределы допускаемой погрешности измерения аналоговых сигналов постоянного тока, приведенной к диапазону измерения	$\pm 0,2 \%$
Диапазон воспроизведения аналоговых сигналов постоянного тока	от 4 до 20 мА
Пределы допускаемой погрешности воспроизведения аналоговых сигналов постоянного тока, приведенной к диапазону воспроизведения (при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом)	$\pm 1 \%$
Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания и корпусом комплекса - в нормальных условиях применения - при верхнем значении температуры окружающей среды 35 °С	не менее 20 МОм не менее 5 МОм
Испытательное напряжение при испытаниях на электрическую прочность изоляции (действующее значение)	1500 В
Габаритные размеры комплекса: - высота - ширина - глубина	не более 1900 мм не более 800 мм не более 600 мм
Масса комплекса	не более 300 кг
Напряжение питающей сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц	(220 ± 22) В
Потребляемая мощность от сети 220 В переменного тока	не более 300 В·А
Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения, равного 24 месяцам	18 месяцев
Средняя наработка на отказ	не менее 30000 ч
Полный средний срок службы, лет, не менее	не менее 12 лет
Среднее время восстановления работоспособности	не более 1 ч

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 35 °С;
- относительная влажность воздуха при 35 °С не более 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

Знак утверждения типа

наносят на корпус шкафа комплекса путем наклейки соответствующей таблички, а также на титульный лист технических условий ИЦФР.421451.020ТУ, формуляра ИЦФР.421451.020ФО, руководства по эксплуатации ИЦФР.421451.020РЭ и методики поверки ИЦФР.421451.020РЭ1 типографским способом по центру над наименованием средства измерений.

Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Комплекс измерительно-вычислительный управляющий КУРС-НГ	ИЦФР.421451.020	1 шт.
Комплект монтажных частей	ИЦФР.421941.009	1 шт.
Комплект запасных частей	ИЦФР.421943.003	1 шт.
Комплект эксплуатационной документации в соответствии с ведомостью	ИЦФР.421451.020ВЭ	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу ИЦФР.421451.020РЭ1 «Комплекс измерительно-вычислительный управляющий КУРС-НГ. Руководство по эксплуатации. Приложение Г. Методика поверки», утвержденному ГСИ СИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 17.02.2012 г.

Основные средства поверки: мегаомметр Ф4102/1 ТУ25-04.13.0071-83 (погрешность измерения $\pm 1,5\%$); универсальная пробойная установка УПУ-21/1 ТУ РБ 100039847.009-2004 (диапазон до 10000 В, погрешность измерения $\pm 10\%$); прибор для поверки вольтметров В1-13 Хв.2.085.008ТУ (диапазон установки значений постоянного тока от 0 до 20 мА, погрешность 0,02 %); вольтметр универсальный цифровой В7-40/3 Тг2.710.016ТУ (диапазон измерения силы постоянного тока от 0 до 20 мА, погрешность $\pm [0,2+0,02(I/I-1)]\%$).

Сведения о методиках измерений

Методика измерений представлена в ИЦФР.421451.020РЭ «Комплекс измерительно-вычислительный управляющий КУРС-НГ. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам измерительно-вычислительным управляющим КУРС-НГ ИЦФР.421451.020

1 ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия».

2 ГОСТ 8.022-91 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 30 А»

3 ИЦФР.421451.020ТУ «Комплекс измерительно-вычислительный управляющий КУРС-НГ. Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение САРОВ-ВОЛГОГАЗ» (ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ»), г. Саров, Нижегородская обл., 607188, г. Саров, Нижегородская область, ул. Железнодорожная, 4/1.
Телефон (83130) 2-57-99
Факс (83130) 2-47-36
E-mail: ivi@gatenpo.sarov.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д. 37.
Телефон: (83130) 22224, 22302, 20694
Факс (83130) 22232.
E-mail: shvn@olit.vniief.ru
Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30046-11 от 04.05.2011 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии



Ф.В. Бульгин

09 _____ 2014 г